

Kleszczów, 02.12.2022 r.

Dot.: zapytania ofertowego na: „Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. w Kleszczowie. Numer postępowania: 54/2022.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

W związku z zapytaniami do Zapytania ofertowego, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie (Dot. poz. 4 – Rower stacjonarny): Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty:

- stacjonarny rower rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym
- Regulacja długości korby umożliwiająca dopasowanie zakresu ruchu do możliwości pacjenta
- Śledzenie postępów dzięki pomiarom WAT/METs
- Niezależny (prawa/lewa) pomiar mocy kończyn dolnych z feedbackiem graficznym
- Regulacja siodełka w dwóch płaszczyznach zapewniająca optymalną pozycję podczas ćwiczeń
- Duże miękkie siedzisko zapewniające komfort
- Możliwość treningu dwukierunkowego (opór przód/tył)
- Pomiar pulsu w czujnikach dłoniowych
- Zasilanie 100-240V AC
- Moc/obciążenie – 5-750W
- Opór – hamulec wiropędowy
- Przeniesienie napędu – wytrzymały pasek wieloklinowy ze sprężynowymi kołami napinającymi
- Ilość poziomów obciążenia: 50
- Obciążenie początkowe: 5W
- Wyświetlacz LED + okno z matrycą punktową
- Programy: pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika, izokinetyczny
- regulacja siedziska: dwupłaszczyznowa, góra/dół, przód/tył
- maksymalna waga użytkownika 200kg
- wymiary: 145x54x135 cm
- masa urządzenia 53,3 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 4 urządzenia o powyższych parametrach.

2. Pytanie (Dot. poz. 5 – Inhalator pneumatyczny): Czy konieczne jest przeszkolenie personelu z zakresu obsługi inhalatora w trybie stacjonarnym? Inhalator charakteryzuje się bardzo prostą obsługą, nie wymagającą dodatkowych szkoleń. Jednakże gdyby zaszła taka potrzeba zapewniamy Państwu szkolenia w systemie online, w ilości dostosowanej do potrzeb. Jeżeli jednak nie wyrażą Państwo zgody na szkolenie

online, wyślemy do Państwa handlowca, który dokona szkolenia u Państwa w siedzibie, ale niestety podniesie to cenę inhalatora.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia w zakresie obsługi inhalatora pneumatycznego.

*Prezes Zarządu
Kleszczowskiej
Przychodni Salus Sp. z o.o.
/-/ Iwona Bednarek*